

名称：陕西省计量科学研究院/陕西计量校准检测公司

地址：陕西省西安市劳动南路 12 号

注册号：CNAS L1060

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2020 年 11 月 05 日 截止日期：2025 年 02 月 12 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
未分组							
1	热能表	流量	热能表 JJG225	(0.03~7)m³/h DN(15~25)	$U_{rel}=3.0\%$		2020-11-05
				(7~30)m³/h DN(25~50)	$U_{rel}=3.0\%$		2020-11-05



No. CNAS L1060